

قرار مجلس الوزراء رقم (156) لسنة 2026
في شأن رسوم الخدمات التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

مجلس الوزراء:

- _ بعد الاطلاع على الدستور،
 - _ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،
 - _ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته،
 - _ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية،
 - _ وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
- قرّر:**

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- | | |
|----------------------------------|---|
| الهيئة | : الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. |
| المختبر | : المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة. |
| المعايرة | : عملية يمكن من خلالها، في ظروف معيّنة، تحديد العلاقة بين القيم الكميّة التي بها أوجه عدم يقين في القياس ناشئة عن معايير قياس ومؤشرات مقابلة لها وبين أوجه عدم يقين في القياس مرتبطة بها، كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية استخدام هذه المعلومات لإنشاء علاقة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة قياس من مؤشر. |
| جودة الأشعة السينية (RQT) | : مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض معايرة مقاييس الجرعة المستخدمة لضمان الجودة في تطبيقات التصوير المقطعي المحوسب، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267، وتحاكي خصائص حزمة الإشعاع التي تنتجها أجهزة التصوير المقطعي المحوسب. |
| جودة الأشعة السينية RQA | : مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية، لمحاكاة الإشعاع الذي يتم قياسه خلف المريض، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان. |

جودة الأشعة : مرجعية للجودة الإشعاعية يتم استخدامها لأغراض المعايرة، حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 61267 للأشعة التشخيصية العادية، لمحاكاة حزمة الإشعاع التي تظهر من وحدة العلاج بالأشعة السينية، وفي العلاج العام بالإشعاع، والكشف الفلوري والتطبيقات المستخدمة في طب الأسنان.

السينية
RQR

المادة (2)

رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المختبر والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.

المادة (3)

تعديلات الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4)

تحصيل الرسوم

تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار من خلال الوسائل التي تُقررها وزارة المالية.

المادة (5)

القرارات التنفيذية

يُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6)

الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7)

نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

صدر عتاً:

بتاريخ: 26 / ربيع الأول / 1448 هـ

الموافق: 08 / سبتمبر / 2026 م

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (156) لسنة 2026
في شأن رسوم الخدمات التي يقدمها المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع
للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

أولاً: رسوم خدمات المعايرة والتشعيع				
م	نوع الإشعاع	وصف الخدمة	الرسم (بالدرهم الإماراتي)	الرسوم الإضافية (بالدرهم الإماراتي)
1. المعايرة في مجال الوقاية الاشعاعية				
1	أشعة سينية/جاما	معايرة من حيث معدل مكافئ الجرعة المحيطة (10) H*.	(1,400)	(750) لكل جهاز إضافي
2	أشعة سينية/جاما	معايرة جهاز (واحد) من الفئة المرجعية.	(1,100)	-
3	أشعة سينية/جاما	معايرة من حيث معدل مكافئ الجرعة الشخصية (10) Hp.	(400)	(100) لكل مُعامل إضافي
4	أشعة سينية/جاما	معايرة من حيث مكافئ الجرعة الشخصية (10) Hp حتى 10 ملي سيفرت.	(400)	(100) لكل مُعامل إضافي
5	أشعة سينية/جاما	معايرة من حيث مكافئ الجرعة الشخصية (10) Hp ما بين (10) ملي سيفرت و(20) ملي سيفرت.	(900)	(100) لكل مُعامل إضافي
6	أشعة سينية/جاما	معايرة من حيث مكافئ الجرعة الشخصية (10) Hp أعلى من 20 ملي سيفرت.	(1,900)	(120) لكل (1) ملي سيفرت لكل نقطة مرجعية أعلى من (20) ملي سيفرت
7	أشعة جاما	معايرة من حيث مكافئ الجرعة الشخصية (10) Hp	(10,000)	(10,000) إضافية لكل جهاز

		حرة في الهواء (حتى 100 جهاز).		
8	أشعة ألفا/بيتا	معايرة جهاز (واحد) قياس التلوث السطحي.	(400)	(100) لكل مصدر إضافي
9	نيوترون	معايرة من حيث معدل مكافئ الجرعة المحيطة (10) H*.	(1,400)	(1,000) لكل جهاز إضافي
10	نيوترون	معايرة من حيث مكافئ الجرعة الشخصية (10) Hp حتى 1 ملي سيفرت.	(1,400)	(1,200) لكل (1) ملي سيفرت إضافي
2. التشعيع				
11	أشعة سينية/جاما	تشعيع مرجعي لمقاييس الجرعة الشخصية السلبية/مكافئ الجرعة المحيطة. (خمسة جرعات مرجعية حتى 20 ملي سيفرت لعدد 20 مقياس جرعة).	(1,400)	(300) لكل مجموعة إضافية مكونة من (4) مقاييس جرعة
12	أشعة سينية/جاما	اختبار غير محدد (مجهول) لتشعيع مقاييس الجرعة السلبية.	(1,900)	-
13	أشعة سينية/جاما	تشعيع مرجعي لمقاييس الجرعة الشخصية السلبية/مكافئ الجرعة المحيطة. (لجرعة مرجعية واحدة أعلى من 20 ملي سيفرت لعدد 4 مقاييس جرعة).	(2,400)	(120) لكل (1) ملي سيفرت و(100) لكل مُعامل
14	أشعة جاما	تشعيع مقاييس الجرعة السلبية مباشرة في الهواء (لمجموعة يصل عددها حتى 100 مقياس جرعة).	(1,100)	(1,100) لكل مجموعة إضافية

15	نيوترون	تشعيع مرجعي لمقاييس الجرعة السلبية.	لكل (1) ملي سيفرت (1,100)	لكل (1) ملي سيفرت (1,100) إضافي
16	نيوترون	اختبار غير محدد (مجهول) لتشعيع مقاييس الجرعة السلبية.	(2,900)	-
3. المعايرة في الأشعة السينية (مجال التشخيص الطبي)				
17	جودة الأشعة السينية (RQR)	معايرة مقياس جرعة الأشعة التشخيصية من نوع RQR.	(1,100)	-
18	جودة الأشعة السينية (RQA)	معايرة مقياس جرعة الأشعة التشخيصية من نوع RQA.	(1,100)	-
19	جودة الأشعة السينية (RQT)	معايرة مقياس جرعة الأشعة التشخيصية من نوع RQT.	(1,400)	(300) لكل مُعامل إضافي
4. المعايرة في العلاج عن قرب				
20	العلاج عن قرب	معايرة غرفة تأين مرجعية أو جهاز مكافئ.	(3,400)	-
5. خدمات البحث والتطوير				
21	تشعيع مواد أو معايرة أجهزة	تشعيع مع خدمة قياس الجرعة المرجعية.	(875) في الساعة	بحد أقصى (7000) لمدة (24) ساعة

ثانياً: رسوم الخدمات الإدارية		
م	وصف الخدمة	الرسم (بالدرهم الإماراتي)
1	طلب جديد للمعايرة أو التشعيع.	(100)
2	تعديل طلب قائم من العميل قبل إجراء المعايرة أو التشعيع.	(100)
3	إلغاء طلب قائم من العميل قبل إجراء المعايرة أو التشعيع.	(100)

ثالثاً: رسوم الخدمات الإضافية		
م	وصف الخدمة	الرسم (بالدرهم الإماراتي)
1	التنظيف اللازم في حال كان الجهاز متسخاً (الغبار، أو طبقة دهنية أو أي نوع من التراب يمنع نقل الجهاز إلى غرفة المعايرة).	(250) لكل جهاز
2	التحقق الفني لتأكيد أن الجهاز معطل.	(200) لكل جهاز
3	التحقق الفني لتأكيد أن الجهاز ملوث بنويدات مشعة.	(3,000) لكل جهاز
4	التحقق الفني لتأكيد أن البطاريات غير مشحونة على نحو كاف.	(200) لكل جهاز
5	التخزين لفترة تزيد على (10) عشرة أيام عمل بعد المعايرة، أو تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل في حال التلوث بنويدات مشعة.	(50) عن كل يوم